

Réponse aux questions marché 2026-0010-Campagne PFAS

Date : 11/05/2026

- Bonjour, est ce que vous pourriez rajouter les annexes 4 et 5 du CCTP? ainsi que le BPU/DQE à remplir, svp? merci. POur le blanc, vous confirmez qu'un seul échantillon blanc prélevé pendant une des 3 campagnes est suffisant pour valider les protocole?

→ **Annexes**

Veillez trouver ci-joint les 5 Annexes du CCTP le DCE a été mis à jour, désormais les annexes sont bien comprises dans celui-ci.

→ **BPU/DQE :**

Il n'est pas prévu de BPU/DQE dans le cadre de cette consultation.

Les candidats sont invités à fournir une DPGF (Décomposition du Prix Global et Forfaitaire).

Aucun cadre type n'est imposé : la DPGF est à élaborer librement par le candidat.

→ **Blancs d'analyse :**

Conformément au paragraphe 4.5 du CCTP (« Blancs de méthode d'analyse »), il est précisé que : « Pour les besoins de cette phase exploratoire, un blanc par série analytique est recommandé afin d'identifier la contribution de l'analyse dans les contaminations éventuelles. »

Cela correspond à un blanc par campagne, soit trois blancs au total.

- Pouvez vous rajouter le reglement de consultation, avec les critères de notation svp?
Merci

→ **Règlement de consultation (RC) :**

Le RC, incluant les critères de notation, est également joint au DCE.

Les critères de jugement des offres sont les suivants :

Critères	Pondération
1-Prix des prestations	40.0 %
2-Valeur technique	60.0 %
2.1-Méthodologie	35.0 %
2.2-Délais d'exécution	25.0 %