DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE
Pôle construction et logistique
Direction Des Bâtiments
Service Maintenance et Energie
1 Avenue de la Préfecture
CS24218
35042 Rennes Cedex

REPONSES AUX QUESTIONS DES CANDIDATS

ACCORD-CADRE DE FOURNITURES COURANTES ET DE SERVICES

FOURNITURE, POSE ET MAINTENANCE DES DEFIBRILLATEURS DANS LES ETABLISSEMENTS GERES PAR LE DEPARTEMENT D'ILLE ET VILAINE

N° de consultation : 2026-FCS-SME-0264

Date et heure limites de réception des offres:

10/12/2026 16:00

Question 1 : posée le 19/11/2026 Bonjour - au point 2.3.1. du CCTP vous demandez parmis les accessoires inclus "Cable de survillance ECG 3 brins". Dans les DAE grand public moderne l'ECG est analysé via les électrodes de défibrillation et il n'y a donc pas de cable ECG.	**Réponse apportée par l'Acheteur 20/11/2026:** Il existe des défibrillateurs disposant de câbles de surveillance 3 brins (exemple de fabricant proposant ce matériel : Physio-Control)
Question 2 : posée le 19/11/2026 Bonjour - au point 2.3.1. du CCTP vous demandez "3 modes de fonctionnement" or dans les DAE moderne il n'y a qu'un seul "mode DSA" pour les DAE semi-automatiques. Peut on fpurnir un tel DAE ?	**Réponse apportée par l'Acheteur 20/11/2026:** Il existe bien des DAE semi-automatiques avec la possibilité de 3 modes de fonctionnement (DSA, manuel ou ECG). Il est demandé de proposer un DAE correspondant à cette prescription.